

Brochów, dnia 26.04.2022 r.

ZP.271.3.2022

Wszyscy oferenci zainteresowani zamówieniem

Gmina Brochów działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla inwestycji pn. „**Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie**” informuje, że w dniu 21.04.2022 r. wpłynęły następujące zapytania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE – DLA CZĘŚCI V i VI

Dotyczy części V – Aparat USG

1. *Dotyczy punktu 3 (Jednostka główna)*

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta o zakresie częstotliwości od 1,0 – 20,0 MHz? Pragniemy zauważyć, że Zamawiający nie wymaga głowicy w zestawie ani w możliwościach rozbudowy o częstotliwości do 21 MHz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. *Dotyczy punktu 4 (Jednostka główna)*

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta o wadze aparatu 136kg? Jest to bardzo mała różnica a dodatkowo proponujemy ultrasonograf z czterema skrętnymi kołami, gdzie dwa z nich mają możliwość blokady kierunku co zdecydowanie ułatwia przewożenie aparatu między gabinetami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. *Dotyczy punktu 5 (Jednostka główna)*

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta o dynamice systemu 290 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. *Dotyczy punktu 7 (Jednostka główna)*

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta o ilości cyfrowych kanałów nadawczo-odbiorczych 4 000 000?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. *Dotyczy punktu 11 (Jednostka główna)*

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta bez niezależnych gniazd nieobrazowych przełączanych elektronicznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

6. Dotyczy punktu 12 (Jednostka główna)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z monitorem z matrycą LCD LED o przekątnej ekranu 21,5 cala?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Dotyczy punktu 14 (Jednostka główna)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z możliwością regulacji położenia panelu sterowania min. +/- 25 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. Dotyczy punktu 20 (Jednostka główna)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z ekranem dotykowym LCD w pełni programowalnym jak tablet, ułatwiającym obsługę aparatu o przekątnej 10,1" ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

9. Dotyczy punktu 21 (Jednostka główna)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z ekranem dotykowym w pełni programowalnym jak tablet, ułatwiającym obsługę aparatu bez możliwości regulacji kąta nachylenia panelu dotykowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

10. Dotyczy punktu 26 (Jednostka główna)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z możliwością wyboru głowicy na ekranie dotykowym ale bez możliwości wyboru głowicy za pomocą gestu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

11. Dotyczy punktu 27 (Jednostka główna)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z fabrycznie zainstalowanym zasilaniem bateryjnym pozwalającym na pracę bez podpięcia do sieci do 70 minut ale nie pozwalającym na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, jednak z możliwością wygaszenia ekranu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

12. Dotyczy punktu 28 (Jednostka główna)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z ilością manipulatorów takich jak: przyciski, potencjometry, umieszczone na konsoli aparatu powyżej 30 sztuk jednak z przyciskami i manipulatorami podświetlanymi w dwóch kolorach co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę na aparacie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

13. Dotyczy punktu 29 (Jednostka główna)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z trybem przeglądania umożliwiającym przenoszenie zarchiwizowanych danych obrazowych pacjenta do aparatu USG (poprzez zewnętrzny dysk twardy HDD, pamięć typu flash USB, płyta CD/DVD, sieć PACS) uzyskanych w innych technikach diagnostyki obrazowej: z tomografii komputerowej CT, rezonansu magnetycznego MRI, innego aparatu USG bez obrazów z mammografu oraz bez jednoczesnego wyświetlania obok w czasie rzeczywistym obrazu z USG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

14. Dotyczy punktu 30 (Jednostka główna)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta bez fabrycznie zintegrowanego oprogramowania umożliwiającego nagrywanie badania w czasie rzeczywistym na zewnętrzny nośnik, ale z możliwością zapisania go na zewnętrzny dysk po zapisaniu badania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

15. Dotyczy punktu 32 (Jednostka główna)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta bez informacji o poziomie hałasu włączonego systemu? Zamawiający nie określił warunków w jakich miałby zostać wykonany pomiar.

Odpowiedź: Zamawiając dopuszcza

16. Dotyczy punktu 33 (Jednostka główna)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z 5 portami USB 2.0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

17. Dotyczy punktu 1 (Tryb 2D (B-mode))

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta o maksymalnej głębokości penetracji 40 [cm]?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

18. Dotyczy punktu 4 (Tryb 2D (B-mode))

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta bez jednoczesnego ogniskowania w całym zakresie głębokości, a umożliwiający ręczne ustawienie ogniska przez operatora na danej głębokości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

19. Dotyczy punktu 7 (Tryb 2D (B-mode))

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta bez możliwości otrzymania 3 różnych obrazów w czasie rzeczywistym ale z możliwością porównania z pamięci cineloop do 4 obrazów czy też 4 pętli filmowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

20. Dotyczy punktu 10 (Tryb 2D (B-mode))

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z regulacją TGC dostępnej na panelu dotykowym oraz z możliwością zapamiętania 3 ustawień ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

21. Dotyczy punktu 1 (Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD))

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta o wielkości bramki Dopplerowskiej od 0,5 mm do 20 mm? Pragniemy zauważyć, że zdecydowaną większość badań dopplerowskich wykonuje się przy użyciu bramki Dopplerowskiej do 3-4mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

22. Dotyczy punktu 2 (Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD))

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta o kącie korekcji kąta bramki Dopplerowskiej +/- 80 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

23. Dotyczy - Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej. Głowica wykonana w technologii „single crystal”

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z głowicą konweks wieloczęstotliwościowej do badań jamy brzusznej wykonaną w technologii „Multi-layer Technology” która posiada aż 960 elementów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

24. Dotyczy punktu 1 - Głowica wieloczęstotliwościowa mikrokonweksowa, przeznaczona do badań pediatrycznych, wykonana w technologii „Single Crystal”, lub technologii zastępującej. Ilość kryształów w technologii zastępującej min. 800.

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z głowicą mikrokonweks o zakresie częstotliwości pracy 3-9[MHz]?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

25. Dotyczy punktu 1 - Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf renomowanego japońskiego producenta bez możliwości rozbudowy o tryb obrazowania Fuzji obrazów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

26. Dotyczy punktu 2 - Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta bez możliwości zastosowania biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

27. Dotyczy punktu 5 - Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta z trybem elastografii akustycznej wykorzystującym metodę fali poprzecznej, wraz z pakietem pomiarowym wyświetlającym wyniki w kPa i m/s, bez możliwości wykonywania pomiarów na głębokości max. 10 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

28. Dotyczy punktu 6 - Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta bez możliwości automatycznego wykonania serii pomiarów metodą elastografii fali poprzecznej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

29. Dotyczy punktu 8 - Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, renomowanego japońskiego producenta bez oprogramowania do szyfrowania danych pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy części VI – Aparat USG przenośny

1. Dotyczy punktu 13 (Obrazowanie i prezentacja obrazu)

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia umożliwiający jednocześnie (w czasie rzeczywistym) uzyskanie spectrum przepływu z więcej niż z 2 niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

WÓJT
DSW
mgr inż. Piotr Szymański

